



ISEZ PAN

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

ul. Sławkowska 17 • 31-016 Kraków

Kraków, dnia 04.12.2018 r.

Znak postępowania ZPU 1/18

ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

ul. Sławkowska 17

31-016, Kraków

Godziny urzędowania: pn. – pt.: 08:00 – 16:00

tel.: (12) 422 19 01, 422 70 06

fax.: (12) 422 42 94

NIP: 675-000-18-86

NIP UE: PL675 000 18 86

REGON: 000326227

PYTANIA, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), o szacunkowej wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 listopada 2018; nr ogłoszenia **2018/S 218-498298**

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy pzp „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.”

W ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły do Zamawiającego poniższe zapytania co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które Zamawiający udziela odpowiedz



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Telefon: (12) 422 19 01 • **Fax:** (12) 422 42 94 • **E-mail:** office@isez.pan.krakow.pl

REGON • 000326227 NIP • 675 000 18 86

www.isez.pan.krakow.pl

PYTANIE NR 1:

Zamawiający w części I, II, III „Zestaw Komputerowy do digitalizacji” w wierszu Monitor – wymaga „Rozdzielczość - 1920 x 1200 (FullHD)”. Monitory o wymaganej rozdzielczości nie odpowiadają dokładnie FullHD. Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisu „FullHD”?

ODPOWIEDŹ:

Odp.: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z zapisu FullHD.

UWAGA: W zakresie tym modyfikuje treść SIWZ

PYTANIE NR 2:

Zamawiający w części I „Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii bezkręgowce” wymaga podania producenta, modelu oraz ceny zasilacza i obudowy komputera. Elementy te są integralnymi podzespołami wchodzącymi w skład komputera - podanie producenta, modelu i ceny wymienionych podzespołów wydaje się nadmiarowy. Cena wymienionych elementów będzie zawarta w cenie komputera. Czy Zamawiający może zrezygnować z wymogu podania producenta, modelu oraz ceny dla zasilacza i obudowy komputera?

ODPOWIEDŹ:

TAK, Zamawiający rezygnuje z wymogu podania producenta, modelu oraz ceny dla zasilacza oraz obudowy komputera w części I w poz. 10 i 11.

UWAGA: W zakresie tym modyfikuje treść SIWZ

PYTANIE NR 3:

Zamawiający w części I „Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii bezkręgowce” w punkcie 4 pozycja Oprogramowanie nie podaje jakie oprogramowanie antywirusowe jest wdrożone u Zamawiającego. Czy podobnie jak w pozostałych opisanych zestawach komputerowych jest to oprogramowanie ESET?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający przewiduje podłączenia do mikroskopu lustrzanki cyfrowej opisanej w „II Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii kręgowce” w punkcie 1? Jeśli tak, to czy wymaga dołączenia do konfiguracji kompletu łączników pozwalających na podłączenie aparatu do mikroskopu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że oprogramowanie antywirusowe w części I „Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii bezkręgowce” w punkcie 4 jest to podobnie jak w innych opisach program antywirusowy ESET.

PYTANIE NR 5:

Dotyczy „II Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii kręgowce” punkt 3. Opis nie jest jednoznaczny i sugeruje dwa różne oświetlacze:

Pierwszy oświetlacz: „Oświetlenie do makrofotografii zestaw bezprzewodowych lamp błyskowych – 3 szt.” Lampy błyskowe w makrofotografii oświetlają obiekt zgodnie z nazwą krótkim błyskiem

kontrolowanym przez aparat wyzwalaczem bezprzewodowym - lampy błyskowe docelowo najczęściej instaluje się parami na przypisanym do niego aparacie fotograficznym np. na obiektywie. Podpunkty sugerują Drugi oświetlacz:

„•Panel LED 2800°K – 5600°K

- Ultra jasne diody - 4200 Lux'ów przy 1 m, stabilna
- regulowana temperatura światła pomiędzy 2800°K a 5600°K (+/- 200°K),
- metalowa konstrukcja
- adapter na baterie z mocowaniem V – mount oraz uniwersalny zasilacz sieciowy, standardowe mocowanie statywowe 5/8" „

Opis wskazuje na oświetlacz wolnostojący, oświetlający obiekt światłem ciągłym (stałym) ledowym, ale nie sterowany i nie związany bezpośrednio z urządzeniem wykonującym zdjęcie.

Prosimy zatem o wyjaśnienie czy w opisie chodzi o dwa różne, oddzielne systemy lamp błyskowych i oświetlaczy?

Czy Zamawiający oczekuje:

- a. Zestawów lamp błyskowych do makrofotografii z wyzwalaczem? Jeśli tak to prosimy podać liczbę zestawów.
- b. Opisanych paneli Led ze światłem światłem ciągłym (stałym) ledowym? Jeśli tak to prosimy podać liczbę szt.
- c. Jednego i drugiego? Jeśli tak to prosimy podać liczbę szt.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający oczekuje opisanych paneli Led ze światłem ciągłym (stałym) ledowym. Liczba sztuk – 3.

UWAGA: W zakresie tym modyfikuje treść SIWZ

PYTANIE NR 6:

Zamawiający w punkcie 3 „II Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii kręgowce” podaje „Oświetlenie do makrofotografii zestaw bezprzewodowych lamp błyskowych – 3 szt.” Większość renomowanych producentów aparatów fotograficznych posiada oświetlenie do makrofotografii dedykowane do montażu na własnych modelach aparatów. Czy wymagane oświetlenie do makrofotografii ma być kompatybilne z opisaną w punkcie 1 lustrzanką cyfrową?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, iż popełnił błąd w opisie w punkcie 3 „II Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii kręgowce”, zamiast 3 sztuk lamp błyskowych potrzebujemy 3 sztuki paneli ledowych opisanych ww. punkcie.

UWAGA: W zakresie tym modyfikuje treść SIWZ

PYTANIE NR 7:

Zamawiający w części V „Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do obróbki graficznej – kręgowce” w wierszu 1 - Komputer do obróbki graficznej w pozycji Procesor podaje parametry Karty graficznej. W opisach pozostałych zestaw do obróbki graficznej procesor charakteryzuje się następującymi parametrami:

- Ilość rdzeni - 6
- Ilość wątków - 12
- Taktowanie bazowe – 3.7
- Architektura [bit] – 64

Czy Zamawiający oczekuje Procesora o takich samych parametrach jak karta graficzna?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający oczekuje procesora o następujących parametrach:

Procesor

Ilość rdzeni - 6

Ilość wątków - 12

Taktowanie bazowe – 3.7

Architektura [bit] – 64

czyli tak jak w pozostałych zestawach.

UWAGA: W zakresie tym modyfikuje treść SIWZ

PYTANIE NR 8:

Zamawiający w części IX „Zestaw do digitalizacji – Mikroskop stereoskopowy – RODZAJ NR 2 1 szt. dla Muzeum” w wierszu 1 w pozycji „fototubus binokularowy” oraz w wierszu 2 „Kamera cyfrowa” wymaga adapteru video do podłączenia kamery cyfrowej w zakresie 0,6x – 0,7x. Do prawidłowego funkcjonowania opisanego zestawu do digitalizacji wystarczy jeden adapter video. Czy Zamawiający wymaga dwóch adapterów o takich samych parametrach, czy opisany przypadek to pomyłka pisarska i wystarczy tylko jeden adapter video?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, iż Jeden adapter video jest wystarczający.

UWAGA: W zakresie tym modyfikuje treść SIWZ

PYTANIE NR 9:

Dotyczy części VIII „Zestaw do digitalizacji – Mikroskop stereoskopowy RODZAJ NR 1 – Bezkęgowce” punkt 1, pozycja „Statyw z kolumną”. Czy Zamawiający dopuści podstawę do światła odbitego i przechodzącego o wysokość 42 mm (pozostałe parametry bez zmian)? Tak minimalna różnica nie wpływa na jakość prowadzonych obserwacji oraz nie wpływa na komfort pracy z urządzeniem. Zgodnie z SIWZ rozdział 3, punkt 3: „Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na całość rozwiązania, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający **dopuszcza** podstawę do światła odbitego i przechodzącego o wysokość 42 mm.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy pzp „*W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.*”



Zamawiający informuje, iż **modyfikuje treść** Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) w ramach przedmiotowego postępowania a dokładnie treść **załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia**

MODYFIKACJA NR 1:

Dotyczy Części I, II, III

Zamawiający w części I (poz. nr 5), II (poz. 5), III (poz. 2) „Zestaw Komputerowy do digitalizacji” w wierszu Monitor – skreśla zapis „(FullHD)” i nadaje zapisowi brzmienie: „**Rozdzielczość - 1920 x 1200**”.

MODYFIKACJA NR 2:

Dotyczy Części II

Zamawiający w części I modyfikuje treść poz. 10 dotyczącej Zasilacza i 11 dotyczącej obudowy komputera rezygnując z wyceny tych pozycji i podania dla nich nazwy producenta i modelu.

W pozostałym zakresie treść siwz nie ulega zmianie.

MODYFIKACJA NR 3:

Dotyczy Części II poz. 3

Zamawiający nadaje pkt 3 następującą treść:

„Oświetlenie do makrofotografii

Panele Led ze światłem ciągłym (stałym) ledowym – 3 szt..

- Panel LED 2800°K – 5600°K
- Ultra jasne diody - 4200 Lux'ów przy 1 m, stabilna
- regulowana temperatura światła pomiędzy 2800°K a 5600°K (+/- 200°K),
- metalowa konstrukcja

adapter na baterie z mocowaniem V – mount oraz uniwersalny zasilacz sieciowy, standardowe mocowanie statywowe 5/8””

MODYFIKACJA NR 4:

Dotyczy części 5 poz. 1

Zamawiający modyfikuje treść części V poz. 1 (informacje o procesorze) nadając jej brzmienie

„Komputer do obróbki graficznej

Procesor

Ilość rdzeni - 6

Ilość wątków - 12

Taktowanie bazowe – 3.7

Architektura [bit] – 64”

MODYFIKACJA NR 5:

Dotyczy części IX poz. 1 i 2

Zamawiający w części IX „Zestaw do digitalizacji – Mikroskop stereoskopowy – RODZAJ NR 2 1 szt. dla Muzeum” w wierszu 2 „Kamera cyfrowa” usuwa zapis „adapter video do podłączenia kamery - zakres 0,6x – 0,7x – 1 szt.” nadając poz. 2 brzmienie

„Kamera cyfrowa

- Kamera cyfrowa kolorowa:
- Rozdzielczość min. 5 mln efektywnych pikseli,
- przetwornik rozmiar 2/3”
- Rozmiar piksela min. 3,45 μm x 3,45 μm
- Czas integracji: od 0,1 ms - 4 s
- Typowy zakres dynamiki 4700:1 lub większy
- Prędkość akwizycji min. 35 fps przy pełnej rozdzielczości
- Podłączenie do komputerów za pomocą złącza USB 3.0
- Digitalizacja: 8 i 12 bitów,
- interface optyczny: C-mount”

W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie.

Załączniki:

Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do siwz